



При проектировании имитатора руки с трепомором обеспечено:

1. Амплитуда линейной вибрации хвата по горизонтальной оси от 0 до 1 [мм]
2. Амплитуда линейной вибрации хвата по вертикальной оси не более от 0 до 1 [мм]
3. Амплитуда угловой вибрации хвата не более от 0 до 2°

Имитатор кисти с трепомором			
Вид общий		Лист	Масса
Изм	Лист	№ докум	Подп
Разраб.	Радасанов		
Проб.	Русанов		
Г.контр.			
Н.контр.			
Утв.			

11

1

МГТУ им. Н.Э. Баумана
Группа ИЧ2-109